

臺北市政府衛生局 函

地址：台北市信義區市府路1號1樓東南區

承辦人：王妤昕

電話：1999(外縣市02-27208889)轉7077

傳真：02-27205321

電子信箱：fish810906@health.gov.tw

受文者：中華民國西藥代理商業同業公會

發文日期：中華民國109年1月21日

發文字號：北市衛食藥字第1093103000號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關崇仁科技股份有限公司回收「"崇仁" 氣閥（衛署醫器製字第001492號）」（型號：BC22，批號：181217、190924）一案，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據宜蘭縣政府衛生局109年1月17日衛食藥字第1090001315號函辦理。
- 二、案係旨揭公司於108年12月26日經中央衛生主管機關通知，於美國衛生主管機關（FDA）網站頃獲一級安全警訊一則，該警訊指出旨揭公司旨揭產品由於洩壓閥組所排出的氣體壓力低於標準值，故啟動回收。
- 三、為維護民眾安全及權益，惠請轉知所屬會員協助配合藥事法規定辦理。

正本：臺北市藥師公會、台北市藥劑生公會、台北市醫師公會、中華民國西藥代理商業同業公會、台北市西藥商業同業公會、台北市西藥代理商業同業公會、台北市牙醫師公會、台北市醫療器材商業同業公會

副本：

