

臺北市政府衛生局 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號
承辦人：余盈蓁
電話：1999(外縣市請撥02-27208889)轉
1045
傳真：02-27205321
電子信箱：yingzhen@health.gov.tw

受文者：中華民國西藥代理商業同業公會

發文日期：中華民國110年8月3日
發文字號：北市衛食藥字第1103147569號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關厚美德生物科技股份有限公司製造販售之「測利得血
糖檢測系統」（衛部醫器製字第005184號，製造日期：
2020/04）醫療器材回收一案，請依說明段辦理，請查
照。

說明：

- 一、依據新竹縣政府衛生局110年7月29日新縣衛食藥字第
1103801099號函辦理。
- 二、案係旨揭產品外盒品名標示「測利得新超優血糖檢測系
統」（製造日期：2020/04，機器序號：00303-0005466）
與核准品名「測利得血糖檢測系統」不符，故啟動回收作
業。
- 三、為維護民眾權益，請轉知所屬會員依醫療器材管理法相關
規定，配合旨揭公司辦理回收事宜。

正本：臺北市藥師公會、台北市藥劑生公會、中華民國西藥代理商業同業公會、台北市
西藥代理商業同業公會、台北市西藥商業同業公會、台北市醫師公會

副本：

